



Baxter

Informatique clinique

Le Programme informatique clinique de Baxter a été conçu pour vous aider à atteindre vos objectifs de sécurité liés à l'administration de produits par voie i.v.

Le Programme informatique clinique de Baxter offre une analyse dans les domaines suivants :

- Utilisation du logiciel de gestion des médicaments Guardian
- État de la batterie
- Alertes et alarmes
- Gestion de l'actif
- Mise sous tension et hors tension involontaire

Comment mesurez-vous la sécurité de vos patients?

Un des buts en matière de sécurité des patients et des clients, élaborés par le Conseil canadien d'agrément des services de santé (CCASS), est d'instaurer une culture de sécurité au sein de l'organisation. Les pratiques organisationnelles requises (POR) liées à ces buts suggèrent qu'une analyse prospective (p. ex., AMDE) soit effectuée annuellement, à titre de preuve requise.

Un autre but clé en matière de sécurité des patients et des clients du CCASS est d'assurer l'administration sécuritaire de médicaments par voie parentérale. Les POR doivent être associées à de la documentation et à des données probantes pour assurer une formation continue et efficace pour toute pompe à perfusion.


L'équipe de consultants en informatique clinique facilite l'analyse clinique des données provenant de la pompe à perfusion Colleague^{MC}. Des rapports complets sont générés pour cibler les possibilités d'améliorer le processus d'utilisation des médicaments. De plus, ces rapports présentent à votre organisation des données montrant l'efficacité des initiatives en matière de sécurité de vos patients. Le Programme de consultation en informatique clinique comprend également d'importants services de soutien en matière d'éducation clinique et de formation pour votre organisme.



La prévention des erreurs médicamenteuses au point de service

L'analyse portant sur la prévention des erreurs d'administration des médicaments permet d'identifier les médicaments ayant été incorrectement programmés pour la perfusion, la mauvaise posologie programmée et les mesures correctives ayant été prises.

Erreurs d'administration de médicaments évitées grâce à la technologie de perfusion Guardian



Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre représentant Baxter au 1-800-387-8399

CORPORATION BAXTER
4, rue Robert Speck Parkway – bureau 700
Mississauga (Ontario) L4Z 3Y4
1-800-387-8399

Baxter est une marque de commerce de Baxter International Inc.
©Tous droits réservés, 2006. Corporation Baxter.
Octobre 2007